BALANCE DE LABORATOIRE IR 35

BALANCE DE LABORATOIRE POUR LA MESURE DE L'HUMIDITÉ

- Surface opérateur par symboles
- Dernière technologie de séchage
- Construction robuste

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source de chaleur	Rayonnement par tube en métal
Précision	0,01 %
Champ de température	40°C à 160°C
Procédure d'utilisation	complètement automatique – durée de 0,1 à 99 mn
Indication des valeurs	humidité en %, masse sèche en %, ATRO, dépôts en g.
Champ de la balande	35 g
Précision	1 mg
Répétabilité	à partir d'env. 1 g +/- 0,2%
Interfaces	RS-232
Accessoires	récipient pour échantillon, imprimante pour les valeurs

Sensor control
Gesellschaft für Sensorik und Automation mbH
Robert-Bosch-Straße 5
D-56566 Neuwied
Tel. +49 (0) 26 31 / 96 40 00
Fax. +49 (0) 26 31 / 96 40 40
Internet: www.sensor-control.de
E-Mail: info@sensor-control.de